

Datablad (Produktinformationer)**Assura Børn 2-dels ileostomiposer****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn Assura Børn 2-dels ileostomiposer**2.2. Sortimentsoversigt:**

Se "Sortiment"	
----------------	--

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer:	<u>EVA/PVdC multilayer foil</u>	<u>PP (Polypropylene)</u>
	<u>PE (Polyethylene)</u>	<u>ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene)</u>
	<u>Pigments</u>	_____
	_____	_____
	_____	_____

3.1 Er der latex i produktetJA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktetJA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Retail box _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Class I non sterile

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	Mobioul-loopen ISO 14021
Transportemballage			X	Mobioul-loopen ISO 14021



Oprettet 13-11-2003
Valideret 26-07-2021

Assura Børn 2-dels ileostomiposer

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
2156	0215601008	5701780484473	Assura Børnepose - 40mm	Lille	30	16		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *

