

**Datablad (Produktinformationer)****Assura 1-dels Ileostomipose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn Assura 1-dels Ileostomiposer**2.2. Sortimentsoversigt:**

Se "Sortiment"	
----------------	--

**3. Produktets bestanddele** (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: EVA/PVdC multilayer foil PET (Polyester)  
PE (Polyethylene) Pigments  
(Polypropylene) \_\_\_\_\_**3.1 Er der latex i produktet**JA  NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet**JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration &gt; 0,1 % w/w?

JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET (polyester) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4.1 Er der latex i emballagen JA  NEJ

4.2 Er der PVC i emballagen JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

#### 4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Class I non sterile

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 \_\_\_\_\_ Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevar ved max. 25 grader  
\_\_\_\_\_

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald  
Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Ja, mobious-loopen ISO 14002
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Ja, mobious-loopen ISO 14003

## Assura Ileostomiposer

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
2440	0244001008	5701780484633	Asura Midi åben hudfarvet	10-55 mm	30	480		
2490	0249001008	5701780484992	Asura Maxi åben transparent	10-70 mm	30	480		
2520	0252001008	5701780485050	Asura Maxi åben hudfarvet	10-70 mm	30	480		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*