

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura 1-dels kolostomiposer, dobbeltfilter****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holteham 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn SenSura 1-dels kolostomiposer, dobbeltfilter**2.2. Sortimentsoversigt:****3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) PET (Polyester)  
PVdC (Polyvinylidene chloride) PU (Polyurethane)  
CPE (Chlorinated polyethylene) Adhesive  
PP (Polypropylene) Pigments  
PE (Polyethylene)**3.1 Er der latex i produktet**JA  NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet**JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration &gt; 0,1 % w/w?

JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ 

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 \_\_\_\_\_ Forhandler: \_\_\_\_\_**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 36 måneder**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold  
Beskyt mod sollys og opbevar ved max 25 grader.**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt  
husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage				X
Transportemballage				X

## Sensura 1-dels kolostomiposer, dobbeltfilter

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
15620	1562001008	5708932433570	Sensura 1-dels lukket, beige	10-66 cm	30	240		
15650	1565001008	5708932433594	Sensura 1-dels lukket, beige	10-66 cm	30	240		
15652	1565201008	5708932433358	Sensura 1-dels lukket, beige	25mm	30	240		
15653	1565301008	5708932433372	Sensura 1-dels lukket, beige	30mm	30	240		
15654	1565401008	5708932433396	Sensura 1-dels lukket, beige	35mm	30	240		
15655	1565501008	5708932433419	Sensura 1-dels lukket, beige	40mm	30	240		
15656	1565601008	5708932433433	Sensura 1-dels lukket, beige	45mm	30	240		
15680	1568001008	5708932433617	Sensura 1-dels lukket, beige	10-76 cm	30	240		
15682	1568201008	5708932433457	Sensura 1-dels lukket, beige	25mm	30	240		
15683	1568301008	5708932433471	Sensura 1-dels lukket, beige	30mm	30	240		
15684	1568401008	5708932433495	Sensura 1-dels lukket, beige	35mm	30	240		
15000	1500001008	5708932429856	Sensura 1-dels beige, inspektionsvindue	10-66 cm	30	240		
15010	1501001008	5708932429931	Sensura 1-dels beige, inspektionsvindue	10-76 cm	30	240		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*