

Produktdatablad

SenSura Click 2-dels urostomi flerkammerpose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Click 2-dels urostomi flerkammerpose

2.2. Sortimentsoversigt:

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Andet: Pigment, naturoolie

Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: PVdC-MA, ABS, EVA, CPE, PP SEBS

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Planteolie

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Opbevares ved max. 25 grader og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialegenanvendelse	
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14022



SenSura Click 2-dels urostomi flerkammerpose

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
11841		5708932397698	SenSura Click 2-dels uro-pose, beige	40 mm, midi	30	240		
11842		5708932397711	SenSura Click 2-dels uro-pose, beige	50 mm, midi	30	240		
11844		5708932397735	SenSura Click 2-dels uro-pose, trans	40 mm, maxi	30	240		
11845		5708932397759	SenSura Click 2-dels uro-pose, beige	50 mm, maxi	30	240		
11846		5708932397773	SenSura Click 2-dels uro-pose, beige	60 mm, maxi	30	240		
11851		5708932397797	SenSura Click 2-dels uro-pose, trans	40 mm, midi	30	240		
11852		5708932397803	SenSura Click 2-dels uro-pose, trans	50 mm, midi	30	240		
11854		5708932397827	SenSura Click 2-dels uro-pose, trans	40 mm, maxi	30	240		
11855		5708932397841	SenSura Click 2-dels uro-pose, trans	50 mm, maxi	30	240		
11856		5708932397865	SenSura Click 2-dels uro-pose, trans	60 mm, maxi	30	240		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *

VERSION 03-12-2008

VERSION 23-12-2008