

Datablad (Produktinformationer)**SenSura 1-dels Convex Light kolostomiposer, dobbeltfilter****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura 1-dels Light kolostomiposer, dobbeltfilter**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) PET (Polyester)
PVdC (Polyvinylidene chloride) PU (Polyurethane)
CPE (Chlorinated polyethylene) Ethene-1-octene copolymer
PP (Polypropylene) Siliconized APET foil
PE (Polyethylene) Adhesive
Pigments**3.1 Er der latex i produktet**JA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktetJA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____
_____4.1 Er der latex i produktet JA NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: **Class I non sterile****6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold
Beskyt mod sollys og opbevaring ved 25 grader**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021
Inderemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021
Transportemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021



Oprettet 03-09-2009
Valideret 27-07-2021

SenSura 1-dels Light kolostomiposer, dobbeltfilter

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
15303	1530301008	5708932433518	Beige, Opklipbar, midi	15-33 mm	10	160		
15308	1530801008	5708932433556	Beige, Opklipbar, maxi	15-43 mm	10	160		
15313	1531301008	5708932433532	Beige, Forudstanset, midi	25 mm	10	160		
15040	1504001008	5708932429498	Beige med inspektionsvindue	15-33 cm	10	160		
15051	1505101008	5708932429559	Beige med inspektionsvindue	15-43 cm	10	160		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *