

Datablad (Produktinformationer)**SenSura 1-dels Convex Light urostomi flerkammerpose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura 1-dels urostomi flerkammerpose Convex Light**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA/PVdC multilayer film SEBS
PE/EVA/PVdC multilayer film PE (Polyethylene)
EVA/PE foil Ethene-1-octene copolymer
PP (Polypropylene) Adhesive
PE/PP multilayer film**3.1 Er der latex i produktet**JA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktetJA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard PET (Polyester)4.1 Er der latex i produktet JA NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 36 måneder**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Opbevares ved max. 25 grader og ikke i direkte sollys**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
Må ikke skylles ud i toilettet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			Matrialegenanvendelse	
Inderemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021
Transportemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14022



Oprettet 23-12-2008
Valideret 27-07-2021

SenSura 1-dels urostomi flerkammerpose Convex Light

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
11811	1181101008	5708932395366	SenSura 1-dels uro-ps. Conv L, beige	50 mm, Maxi		10	100	
11812	1181201008	5708932395380	SenSura 1-dels uro-ps. Conv L, beige	60 mm, Maxi		10	100	
11814	1181401008	5708932395403	SenSura 1-dels uro-ps. Conv.L., trans	50 mm, Maxi		10	100	
11815	1181501008	5708932395427	SenSura 1-dels uro-ps. Conv.L., trans	60 mm, Maxi		10	100	

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *