

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio Concave 1-dels urostomipose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio Concave**2.2. Sortimentsoversigt:****3. Produktets bestanddele**(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Adhesive PP/PE multilayer film
PU-EAA/EVA film PET (Polyester)
Ethylene octane copolymer Pigments
EVA (Ethylene vinyl acetate)
PVdC (Polyvinylidene chloride)3.1 Er der latex i produktet JA NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____
_____4.1 Er der latex i produktet JA NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold
Produktet bør ikke udsættes for sollys.**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	



Oprettet 30-01-2018
Valideret 15-07-2021

SenSura Mio Concave 1-dels urostomipose

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
18400	1840001008	5708932027083	SenSura Mio Uro CNV midi 10-40	midi	10	100		
18401	1840101008	5708932027090	SenSura Mio Uro CNV maxi 10-40	maxi	10	100		
18402	1840201008	5708932027106	SenSura Mio Uro CNV maxi 20-40	maxi	10	100		
18403	1840301008	5708932027113	SenSura Mio Uro CNV maxi 25-40	maxi	10	100		
18404	1840401008	5708932027120	SenSura Mio Uro CNV maxi 30-40	maxi	10	100		
18405	1840501008	5708932027137	SenSura Mio Uro CNV maxi 10-40	maxi	10	100		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *