

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio Convex 1-dels urostomipose**
1-dels uropose med Convex Light**1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio Convex 1-dels urostomipose light**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) PU (Polyurethane)
PVdC (Polyvinylidene chloride) SEBS (Styrene-ethylene-butylene-styrene)
CPE (Chlorinated polyethylene) Ethylene-1-octene copolymer
PE (Polyethylene) Adhesive
PP (Polypropylene)**3.1 Er der latex i produktet**JA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktetJA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | | | X | |
| Inderemballage | | | X | |
| Transportemballage | | | X | |

SenSura Mio Convex 1-dels urostomipose light

Sortimentsoversigt

| Producent varenr. på æske | Producent varenr. faktura | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse | Forpakkings enhed | Antal forpkn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 16821 | 1682101008 | 5708932874977 | SenSura Mio Uro Convex Light 10-23mm | Midi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16822 | 1682201008 | 5708932874960 | SenSura Mio Uro Convex Light 15-33mm | Midi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16823 | 1682301008 | 5708932874953 | SenSura Mio Uro Convex Light 31-43mm | Midi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16825 | 1682501008 | 5708932874946 | SenSura Mio Uro Convex Light 10-23mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16826 | 1682601008 | 5708932874939 | SenSura Mio Uro Convex Light 15-33mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16827 | 1682701008 | 5708932874922 | SenSura Mio Uro Convex Light 31-43mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16830 | 1683001008 | 5708932874915 | SenSura Mio Uro Convex Light 18mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16831 | 1683101008 | 5708932874908 | SenSura Mio Uro Convex Light 21mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16832 | 1683201008 | 5708932874892 | SenSura Mio Uro Convex Light 25mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16833 | 1683301008 | 5708932874885 | SenSura Mio Uro Convex Light 28mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16835 | 1683501008 | 5708932874878 | SenSura Mio Uro Convex Light 10-23mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |
| 16837 | 1683701008 | 5708932614795 | SenSura Mio Uro Convex Light 10-43mm | Maxi | Æske á 10 stk | 10 æsker | | |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *