

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Mio Flex High Output**

med stort udløb

1. Virksomhedsdata**1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holte Dam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holte Dam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Mio Flex High Output**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA/PVdC multilayer film TPS-SEBS
PE/EVA copolymer Pigments
PET (Polyester)
Ethylene-octene copolymer
PE/EMA film3.1 Er der latex i produktet JA NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____
 _____4.1 Er der latex i produktet JA NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: **Class I non sterile****6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Produktet opbevares vandret og må ikke udsættes for sollys.

 _____**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: _____

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura Mio Flex High Output

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
18650	1865001008	5708932044356	SenSura Mio Flex HO, m. vindue, grå	50mm	10			
18651	1865101008	5708932044363	SenSura Mio Flex HO, m. vindue, grå	70mm	10			
18655	1865501008	5708932044370	SenSura Mio Flex HO, transparent	50mm	10			
18656	1865601008	5708932044486	SenSura Mio Flex HO, transparent	70mm	10			

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *