

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura Mio Flex lukket pose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holteham 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn SenSura Mio Flex lukket pose**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"

\_\_\_\_\_

**3. Produktets bestanddele** (Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) CPE (Chlorinated polyethylene)  
PVdC (Polyvinylidene chloride) Ethylene-1-octene copolymer  
PET (Polyester) EMA (Ethyl methyl acrylate)  
PP (Polypropylene) PU (Polyurethane)  
PE (Polyethylene) Adhesive  
Pigments3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET (Polyester) Corrugated cardboard4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Non sterile class I**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ 

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 36 måneder**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) \_\_\_\_\_

**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

## SenSura Mio Flex lukket pose

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
11901	1190101008	5708932945431	SenSura Mio Flex luk 35mm midi	midi	30	360		
11902	1190201008	5708932945424	SenSura Mio Flex luk 35mm maxi	maxi	30	360		
11903	1190301008	5708932945417	SenSura Mio Flex luk 35mm tran	maxi	30	360		
11911	1191101008	5708932945400	SenSura Mio Flex luk 50mm mini	mini	30	360		
11912	1191201008	5708932945394	SenSura Mio Flex luk 50mm midi	midi	30	360		
11913	1191301008	5708932945387	SenSura Mio Flex luk 50mm maxi	maxi	30	360		
11914	1191401008	5708932945370	SenSura Mio Flex luk 50mm tran	maxi	30	360		
11921	1192101008	5708932945363	SenSura Mio Flex luk 70mm midi	midi	30	360		
11922	1192201008	5708932945356	SenSura Mio Flex luk 70mm maxi	maxi	30	360		
11923	1192301008	5708932945349	SenSura Mio Flex luk 70mm tran	maxi	30	360		
18387	1838701008	5701780253154	SenSura Mio Flex luk 90mm XXL	XXL	30	120		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*