

Datablad (Produktinformationer)**Peristeen Light****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtevej 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.com>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtevej 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Peristeen Light

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer:	<u>Vandbeholder</u>	<u>Konuskateter</u>
	<u>SEBS (Styrene-ethylene-butadiene-styrene)</u>	<u>SEBS (Styrene-ethylene-butadiene-styrene)</u>
	<u>PP (Polypropylene)</u>	<u>Hydrofil coating</u>
	<u>Silicone</u>	

3.1 Er der latex i produktet

JA ☐ NEJ ☒

3.2 Er der PVC i produktet

JA ☐ NEJ ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA ☒ X* NEJ ☐

Hvis ja, angiv phthalat *DBP 0,03 % w/w - langt under grænseværdien for indrapportering (> 0,1 % w/w)

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste "Substances of very high concern" (SVHC) i en koncentration > 0,1 % w/w? JA ☐ NEJ ☒

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET _____
PE film _____

4.1 Er der latex i emballagen JA ☐ NEJ ☒

4.2 Er der PVC i emballagen JA ☐ NEJ ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA ☐ NEJ ☒

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA ☐ NEJ ☒

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA ☒ NEJ ☐ Klasse: Class I - non sterile

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA ☐ NEJ ☒

6.2. Er produktet miljømærket? JA ☐ NEJ ☒

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares indtil brug ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Katetret sorteres i restaffald og vandbeholderen sorteres i plastaffald

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Peristeen Light

Sortimentsoversigt

Producent	Producent	EAN nr.	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings	Antal forpkn.	Antal kartoner	Steril
varenr. på æske	varenr. faktura	salgsenhed			enhed	pr trsp.karton	pr. palle	
29170	2917001008	5701780287685	Peristeen Light vandbeholder, 15 konuskatetre	175ml	1	12		
29171	2917101008	5701780287692	Peristeen Light vandbeholder, 30 konuskatetre	175ml	1	8		
29172	2917201008	5701780287708	Peristeen Light konuskateter		15	180		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *