

X-Flow®

Couvelaire hæmaturikateter – 100% silikone



**AB61++ COUVELAIRE, Hæmaturikateter, 3-vejs
100% silikone, ballon 50 ml****Producent**

COLOPLAST A/S

DistributørCOLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk**CE class**

IIa (Rule 5)

SterilisationSteril anvendelse Ethylenoxid (EO)
Engangsbrug**Indikation**Drænage af vesikal urin.
Irrigation/injektion og drænage efter operation.
Efter prostata operation: hæmostase af
prostataområdet.
Kateteret skal ikke ligge i patienten i mere end 30
dage.**Kontraindikation**Generelle, kendte allergiske reaktioner mod
produktets materialer eller sterilisationsmaterialer
(især ethylenoxid og derivater).**Referencer**

CH / FR	Ring farve	Order referencer
18	Rød	AB6118
20	Gul	AB6120
22	Violet	AB6122
24	Blå	AB6124

BeskrivelseLængde (cm): 42
Spids: Straight lige, whistle spids
Proximal ende: tragt, ring og farvet ventil
Kanaler: 3 (drænage, irrigation, inflation)
Øjne: 2 små og 1 stort (whistle spids)
Ballon (ml): 30-50**Materiale:** Silikone**Indeholder latex:** Nej**Holdbarhed**

5 år

Forpakning**Stk.** 1 kateter i en pakning
Box 5 stk i en boks
(mm) 90x40x550