

# Delinotte Prostatektomi Kateter – 100% silikone



**AB62++ DELINOTTE prostatektomi kateter  
100% silikone****Producent**

COLOPLAST A/S

**Distributør**COLOPLAST DANMARK A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebæk  
www.coloplast.dk**CE class**

IIa (Rule 5)

**Sterilisation**Steril anvendelse Ethylenoxid (EO)  
Engangsbrug**Indikation**Drænage af vesikal urin.  
Irrigation/injektion og drænage efter operation.  
Efter prostata operation: hæmostase af  
prostataområdet.  
Kateteret skal ikke ligge i patienten i mere end 30  
dage.**Kontraindikation**Generelle, kendte allergiske reaktioner mod  
produktets materialer eller sterilisationsmaterialer  
(især ethylenoxid og derivater).**Referencer**

CH / FR	Ring farve	Order referencer
18	Rød	AB6218
20	Gul	AB6220
22	Violet	AB6222
24	Blå	AB6224

**Beskrivelse**Længde (cm): 42  
Distal spids: coudé, rund spids  
Proximal ende: tragt, ring og farvet ventil  
Kanal: 3 (drænage, irrigation, inflation)  
Øjne: 2 (forskudt overfor hinanden)  
Ballon (ml): 30-50**Materiale:** 100% silikone**Indeholder latex:** Nej**Holdbarhed**

5 år

**Forpakning****Stk** 1 kateter i en pose og  
steril pose  
**Box** 5 stk i en boks  
(mm) 90x40x550